

INFORME DE ANÁLISIS
N° IN-03FEB15-136

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M136-57

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M136-57			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
CuT	%	0.835	0.005
Cu Soluble Ac. Cítrico 1M	%	0.185	0.003
Cu Soluble H ₂ SO ₄ 5%	%	0.216	0.012
As	g/T	179	8
Mo	g/T	13	1

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS \pm 2 DS

Material de Referencia IN-M136-57					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
CuT	%	0.835	0.016	0.819	0.851
Cu Soluble Ac. Cítrico 1M	%	0.185	0.012	0.173	0.197
Cu Soluble H ₂ SO ₄ 5%	%	0.216	0.033	0.183	0.249
As	g/T	179	26	153	205
Mo	g/T	13	4	9	17



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM