

**INFORME DE ANÁLISIS
N° IN-27MAY14-58**

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-M58-39

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M58-39			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	1.670	0.018
Cu Soluble H ₂ SO ₄ 5%	%	0.972	0.030

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS \pm 2 DS

Material de Referencia IN-M58-39					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
Cu	%	1.670	0.040	1.630	1.710
Cu Soluble H ₂ SO ₄ 5%	%	0.972	0.060	0.912	1.032



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM