

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-02JUL14-59

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M59-07

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M59-07			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.232	0.003
Au	g/T	0.055	0.003

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M59-07					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.232	0.011	0.221	0.243
Au	g/T	0.055	0.011	0.044	0.066



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM