

## INFORME DE ANÁLISIS N° IN-23MAR15-84

### MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


**IN-M84-64**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M84-64			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.759	0.011
Au	g/T	0.153	0.013

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm 2$  DS

Material de Referencia IN-M84-64					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.759	0.040	0.719	0.799
Au	g/T	0.153	0.042	0.111	0.195



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM