

**INFORME DE ANÁLISIS
N° IN-23MAR15-86**

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M86-66

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA


Material de Referencia IN-M86-66			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.868	0.010
Au	g/T	0.213	0.010

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M86-66					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.868	0.033	0.835	0.901
Au	g/T	0.213	0.041	0.172	0.254



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM